



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 0738/2022-GAP

**Resposta do Executivo 275/2022**

Protocolo 35031 Envio em 22/09/2022 14:48:08

Paraguaçu Paulista-SP, 21 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
José Roberto Baptista Júnior  
Presidente da Câmara Municipal  
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista  
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

**Assunto: Requerimento nº 263/2022-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências referentes a manutenção dos Consultórios Odontológicos da ESF III, na Vila Nova; e ESF IX, no Distrito de Conceição do Monte Alegre, em relação aos questionamentos “a, b, c e c.1” em relação a ESF III, Vila Nova e “a, b, c e c.1” em relação a ESF IX, no Distrito de Conceição de Monte Alegre”, as respostas constam do Memorando Interno de nº 768/2022, oriundo do Departamento Municipal de Saúde, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)**  
Prefeito

ATS/LTJ/ETNN/kes  
OF



**Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Departamento de Saúde**  
**Estado de São Paulo**

**Memorando Interno nº 768/2022**

Paraguaçu Paulista, 15 de setembro de 2022.

**A/C Excelentíssimo Senhor**  
**Antônio Takashi Sasada**  
**Prefeito Municipal**

**Assunto: Resposta ao Requerimento 263/2022 – Câmara Municipal**

Encaminho a resposta do Requerimento supracitado, onde solicita informações:

Em relação a ESF III Vila Nova:

- a) Resposta:** Sim. Foi consertado um compressor maior e substituído em 10/08/2022, conforme certificado Prev202111967 TAG3535 em anexo.
- b) Resposta:** Não, nesse momento
- c) Resposta c:** 10/08/2022, conforme anexo. O custo das manutenções é fixo por mês, por força de contrato e não acarreta despesas adicionais com peças.

Em relação a ESF IX Conceição de Monte Alegre:


- a) Resposta:** Sim. Em 19/08/2022. Conforme certificado Prev20211956 TAG 3537 em anexo.
- b) Resposta:** No momento não.
- c) Resposta:** 19/08/2022. Contratos e notas fiscais podem ser consultadas no portal da transparência, <http://sistemas.eparaguacu.sp.gov.br>, 6060/transparencia e 8079/transparencia acessando a aba despesas > despesas por fornecedor. Clicando em fornecedor é possível visualizar notas fiscais, datas e retenções de tributos.



**Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Departamento de Saúde**  
**Estado de São Paulo**

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outras informações e subscrevemo-nos.

Atenciosamente



**Gianni Di Schiavi**  
**Coordenador da Saúde Bucal**



**Egidio Tonini Nogueira Neto**  
**Diretor do Departamento Municipal de Saúde**

Data da Emissão 19/08/22 **ORDEM DE SERVIÇO** Nº 4109

Cliente: UBS Conceição

End.: Rua Amadeu Giamacari Nº S/N

Cidade: Conceição Bairro: Centro Est.: S.P.

Telefone: (18) 3361-9623 Contato \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Equipamento Cadeira Odonto (PREV20211956)

Marca: Dabi Atlântica Terra Número de Série: (TAG 3537)

Defeito relatado: Água do reservatório vazando

Seringa, triplice vazando água.

Carreteira do auto sem pressão (Segador novo)

Certificado Nº \_\_\_\_\_

Solução Manutenção pontual no reservatório

Troca de mangueira da seringa triplice

manutenção nas conexões da carreteira de auto

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 20 22

X [Assinatura]  
Assinatura do Cliente


[Assinatura]  
Assinatura do Técnico


Data da Emissão 10, 08, 22 **ORDEM DE SERVIÇO** Nº 4106  
Cliente: ESF III Vila Nova  
End.: Rua Aldo Florençio Nº 410  
Cidade: Paraguacuã Pta. Bairro: Vila Nova Est.: S.P.  
Telefone: (18) 3361-9629 Contato \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Equipamento Compressor de ar  
Marca: \_\_\_\_\_ Número de Série: \_\_\_\_\_  
Defeito relatado: Não funciona (motor queimado)  
Presostato queimado

Certificado Nº PREV20211967 TAG: 3535  
Solução Executado a troca do motor e  
Presostato para compressor de ar

São José do Rio Preto, 10 de Agosto de 20 22

  
Assinatura do Cliente

  
Assinatura do Técnico

